


Vollständige oder teilweise Reproduktion dieses Berichts nur mit Zustimmung des Teilnehmers und des CSCQ. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Handbuch

Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch



Parameter	Code	Resultat - Einheit	Zielwert	Auswertung QUALAB
-----------	------	--------------------	----------	-------------------

S-IgE - Katzenepithel e1	189	++++ Klass 4 oder >kU/L	++++ Klass 4 oder >>>	Konform
S-IgE - Katzenepithel e1 qn	1890	89,40 kU/L	99,95	keine Vorgabe



Analyt: 189 S-IgE Katz kU/L		Alle Methoden eingeschlossen	Benutzung Ihrer Methode 250 IgE Stand.
Ihre Methode	--	--	++++ Klass 4 oder
Ihr Resultat	--	--	++++ Klass 4 oder
Anzahl Teilnehmer nicht erhalten	72	72	
Angenommene	10	10	
VK	62	62	
SD	%	--	--
Zielwert	--	++++ Klass 4 oder	++++ Klass 4 oder
FAC-Wert	--	--	--
Z-Score	--	--	Ausgezeichnet

Position Ihres Resultats innerhalb der Gruppe



Analyt: 1890 S-IgEKatQN kU/L		Alle Methoden eingeschlossen	Benutzung Ihrer Methode 250 IgE Stand.
Ihre Methode	--	--	89,4
Ihr Resultat	--	--	89,4
Anzahl Teilnehmer nicht erhalten	54	53	
Angenommene	7	7	
VK	47	46	
SD	17,94 %	28,92 %	
Zielwert	17,94	28,91	
FAC-Wert	100,00	99,95	
FAC-Wert	-0,53	0,50	
Z-Score	--	Ausgezeichnet	
Z-Score	-0,59	-0,36	

Position Ihres Resultats innerhalb der Gruppe

