


Dieser Bericht kann ohne die gemeinsame Zustimmung des Teilnehmers und des CSCQ, teilweise, nicht reproduziert werden. Zusätzliche Mitteilungen finden Sie in Ihrem Handbuch

## Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Parameter	Code	Resultat - Einheit	Zielwert	Auswertung QUALAB
-----------	------	--------------------	----------	-------------------


S-IgE - Katzenepithel el	189	++ Klass 2	kU/L	+++ Klass 3
S-IgE - Katzenepithel el qn	1890	5.20	kU/L	keine Vorgabe



Analyt: 189 S-IgE Katz kU/L	Alle Methoden eingeschlossen	Benutzung Ihrer Methode
Ihre Methode	--	250 IgE Stand.
Ihr Resultat	--	++ Klass 2
Anzahl Teilnehmer nicht erhalten	71	71
Angenommene	8	8
VK	63	63
SD	%	--
Zielwert	--	--
	+++ Klass 3	+++ Klass 3

FAC-Wert	--	--
	--	<b>Sehr gut</b>
Z-Score	--	--

Position Ihres Resultats innerhalb der Gruppe



Analyt: 1890 S-IgE KatQN kU/L	Alle Methoden eingeschlossen	Benutzung Ihrer Methode
Ihre Methode	--	250 IgE Stand.
Ihr Resultat	--	5.2
Anzahl Teilnehmer nicht erhalten	54	53
Angenommene	6	6
VK	48	47
SD	7.77%	7.37%
Zielwert	0.39	0.37
	5.03	5.03

FAC-Wert	0.17	0.50
	--	<b>Ausgezeichnet</b>
Z-Score	0.43	0.46

Position Ihres Resultats innerhalb der Gruppe

